

2017 / 08 / 07	
HAMAMATSU PHOTONICS K.K. SOLID STATE DIVISION 浜松ホトエクス株式会社 固体事業部	
FINAL INSPECTION SHEET 検査成績書	
Name	Approved by <i>Yusuke Matsune</i> 責任者
Type No.	Inspected by <i>Shinya Ohta</i> 検査員
Date Inspected: 検査日: 2017 / 03 / 29 24.0 °C	

*1) Wavelength resolution: Test conditions / Maximum value of FWHM at 340nm, 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 655nm, 710nm, 760nm, 810nm, 850nm wavelength
波長分解能 : 検査条件 / 波長340nm, 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 655nm, 710nm, 760nm, 810nm, 850nmのFWHMの最大値

Serial No.	Calibration coefficients						Wave length resolution *1)	
	波長変換係数						波長分解能	
	A ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	Standard for Shipment 出荷基準 [nm]	Result 測定値 [nm]
17C00086	3.072695987E+02	2.712712107E+00	-1.364697044E-03	-5.704118220E-06	1.797502411E-09	1.516203027E-11	≤15	8.7
17C00087	3.146525095E+02	2.706150988E+00	-1.511164708E-03	-4.561126367E-06	-3.111533159E-09	2.355696278E-11		10.1
17C00088	3.113280042E+02	2.698495599E+00	-1.248003645E-03	-6.046670494E-06	1.450803520E-09	1.697196298E-11		8.8
17C00089	3.136809709E+02	2.699207553E+00	-1.282198312E-03	-6.652095328E-06	5.494781146E-09	1.048345671E-11		9.5
17C00090	3.139251660E+02	2.696076272E+00	-1.388037905E-03	-5.073729921E-06	-1.788139494E-09	2.163757553E-11		9.3
17C00091	3.100178261E+02	2.710287557E+00	-1.413766954E-03	-5.018316993E-06	-1.411892228E-09	2.016669447E-11		8.9
17C00092	3.089425232E+02	2.694917841E+00	-1.130311581E-03	-7.822920223E-06	9.743245228E-09	4.599939703E-12		8.6
17C00093	3.154825448E+02	2.6658589507E+00	-8.135534010E-04	-1.025717008E-05	1.908052493E-08	-8.918737002E-12		8.7