

2018 / 02 / 20	
HAMAMATSU PHOTONICS K.K. SOLID STATE DIVISION 浜松光子クス株式会社 固体事業部	
FINAL INSPECTION SHEET 検査成績書	
Name	Approved by 責任者 <i>Yasuhiko Matsune</i>
Type No.	Inspected by 検査員 <i>Shinya Ohta</i>
Date Inspected: 2017/ 06 / 28 24.0 °C 検査日 :	

*1) Wavelength resolution / Maximum value of FWHM at 340nm, 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 655nm, 710nm, 760nm, 810nm, 850nm wavelength
波長分解能 / 検査条件 : 検査条件

Serial No.	Calibration coefficients 波長変換係数					Wavelength resolution *1)		Result
	A ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	Standard for Shipment 出荷基準 [nm]	
17F00340	3.103847631E+02	2.689900011E+00	-1.214818246E-03	-6.833647408E-06	5.548505207E-09	1.102317834E-11	≤ 15	10.1
17F00341	3.069299357E+02	2.700737849E+00	-1.227015922E-03	-6.387665048E-06	3.455554867E-09	1.349967767E-11		8.6
17F00342	3.094491063E+02	2.703010250E+00	-1.174125363E-03	-7.463775573E-06	8.519779936E-09	6.157116134E-12		8.8
17F00344	3.093176201E+02	2.704448925E+00	-1.296411556E-03	-6.073775494E-06	2.660492396E-09	1.459402174E-11		9.2
17F00346	3.092806013E+02	2.701317946E+00	-1.392220507E-03	-4.935538789E-06	-2.892523705E-09	2.391531197E-11		10.2
17F00347	3.045174847E+02	2.702415309E+00	-1.271267877E-03	-6.280752723E-06	3.113886463E-09	1.471435282E-11		10.1
17F00348	3.119390599E+02	2.708549847E+00	-1.420554426E-03	-4.834283318E-06	-3.051977984E-09	2.389935896E-11		9.7
17F00349	3.101670866E+02	2.705470149E+00	-1.392143467E-03	-5.350254758E-06	-1.628767188E-10	1.888584774E-11		9.4
17F00350	3.095528242E+02	2.710959352E+00	-1.293238637E-03	-6.765409083E-06	6.678680473E-09	7.820616765E-12		8.6
17F00351	3.101828076E+02	2.705928134E+00	-1.394340875E-03	-5.604375238E-06	1.577515095E-09	1.576249214E-11		9.7